



**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

BZP 79/1/2012

Bydgoszcz, 18.10.2012 r.

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem.

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę termocyklera z blokiem 96 – dołkowym z gradientem temperaturowym”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że dnia 17.10.2012 r. wpłynęło mailem zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy niemiecki termocykler o parametrach spełniających wymagania SIWZ, a nawet przewyższających je w wielu punktach, w tym z 5-letnią gwarancją, z zakresem temperatury od -5 do +99.9°C, co umożliwia zamrożenie próbek po reakcji, a nie tylko od 0 do 100°C, z dokładnością ustalenia temperatury 0,01°C, a nie tylko 0,2°C, z równomiernością rozkładu temperatury +/- 0,25°C w 55°C i +/-0,40°C w 95°C, z zakresem gradientu temperaturowego od 1 do 40°C, a nie tylko do 24°C, z kolorowym ekranem dotykowym TFT ¼ VGA, 5,7”, co pozwala na sterowanie urządzenia bez zewnętrznego komputera, ale z możliwością zainstalowania wymiennej głowicy 3x21x0,2 ml, a nie 2x48x0,2ml, z portem RS232, bez portów USB i z możliwością transferu zapisanych protokołów pomiędzy urządzeniem a komputerem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklera o parametrach przewyższających wymagania określone w SIWZ.