



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



**UNIwersYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06
NIP 5542647568 REGON 340057695
www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-145/2020

Bydgoszcz, dn. 20.11. 2020 r.

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do postępowania pn.

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące części 7 – zamrażarka -86 st. C

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od -60 st. C do -86C? Urządzenia niskotemperaturowe pracują zazwyczaj w temperaturze -86 st. C, a nie w temperaturze wyższej, gdyż skutkuje to większym obciążeniem kompresorów w układzie kaskadowym.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem podzielonym na pięć oddzielnych sekcji z dwójką drzwi wewnętrznych?

Takie rozwiązanie jest wygodniejsze z racji mniejszej ilości szronu, który powstaje na łączeniach drzwi wewnętrznych z komorą urządzenia. Przy zastosowaniu dwójki drzwi wewnętrznych straty chłodu w przypadku otwarcia są porównywalne do rozwiązania z piątką drzwi wewnętrznych.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zabezpieczenia zamykania głównego wyłącznika zasilania?

Główny wyłącznik zasilania urządzenia znajduje się na drzwiach na wysokości wzroku i nie da

się wyłączyć go w sposób przypadkowy.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez podgrzewanego portu na przednich drzwiach, za to z dwoma portami na tylnej ścianie spełniających taką samą funkcję?

Rozmieszczenie portów nie powinno mieć dla Zamawiającego znaczenia, gdyż są ogólnodostępne i wygodne w użytkowaniu.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w formularzu cenowym. Port wyrównujący ciśnienie musi być umieszczony z przodu, z uwagi na planowane umieszczenie zamrażarki i brak możliwości łatwego dostępu do tylnej ścianki zamrażarki.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zamknięciem drzwi wewnętrznych mechanicznym? Zamknięcie magnetyczne drzwi wewnętrznych jest rozwiązaniem przestarzałym które nie gwarantuje ścisłego przylegania drzwi wewnętrznych do komory zamrażarki. Przy pojawieniu się szronu drzwi wewnętrzne będą się otwierały razem z zewnętrznymi, co będzie skutkowało wzrostem temperatury w całym urządzeniu. Dodatkowo magnesy na skutek używania rozmagnesowują się, co będzie skutkowało brakiem przyczepności i koniecznością częstych wizyt serwisowych.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający używając zamrażarki niskotemperaturowej nie zauważył opisanych problemów przy drzwiczkach z zamknięciem magnetycznym.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu niskiego poziomu baterii?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w formularzu cenowym.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalną ilością pudełek, które można włożyć do urządzenia w ilości 38.400 szt.?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w formularzu cenowym.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 856 mm x 979 mm x 1986/1996 mm, wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys) 623 mm x 601 mm x 1472 mm i pojemności 570 litrów?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poborze mocy 13,5 kWh/dzień?

Podane zużycie 7,6 kWh 24/h jest zużyciem minimalnym dla wyspecyfikowanej zamrażarki, czyli nie ma możliwości dokładnie określić konkretnej wartości zużycia energii elektrycznej w układzie kaskadowym, z racji niepoliczalnego zwiększenia poboru energii elektrycznej podczas włączania kompresorów. Napięcie startowe podczas włączania kompresorów zwiększa pobór energii elektrycznej 3 lub 4 krotnie. Na uruchamianie kompresorów ma wpływ np. temperatura otoczenia, stopień załadowania zamrażarki materiałem, częstotliwość otwierania drzwi. Nie ma na rynku urządzeń z układem kaskadowym i standardowymi kompresorami charakteryzującymi się takim niskim zużyciem energii. Taki poziom zużycia energii elektrycznej gwarantują wyłącznie urządzenia z kompresorami inwerterowymi, które pozostają cały czas włączone podczas pracy urządzenia i nie mają zwiększenia poboru energii

elektrycznej podczas rozruchu.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego parametru.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w formularzu cenowym. Podane zużycie energii dotyczy pustej zamrażarki z założonymi półkami, przy nastawie -80°C, przy temperaturze otoczenia 20-22°C, czyli w sytuacji największej energochłonności. Zaproponowane zużycie energii jest dla Zamawiającego zbyt wysokie. Wyższe zużycie energii będzie generowało wyższe koszty oraz większą produkcję ciepła przez zamrażarkę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czynnikami chłodzącymi: R404 oraz R508 B?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w formularzu cenowym. Zamawiający wymaga przyjaznych środowisku czynników chłodzących R-290 (propan) oraz R- 170 (etan)

Pytania do umowy:

1. (§ 8 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od **wartości NETTO niezrealizowanej** dostawy?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

2. (§ 8 ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

4. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

5. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Z-CA KANCLERZA UKW

M. Majorkowska
MGR MARIOLA MAJORKOWSKA

Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

Agnieszka Jankowska